



# 衛生套

## 爆破試驗不合格

為確保市售衛生套品質，本局於 92 年 4 月至 11 月，協調各縣市衛生局至轄區之衛生套製造廠或代理商處，抽取衛生套檢體計 35 件，依據國家標準進行爆破試驗與外觀檢查，並以行政院衛生署公告之抽樣及判定基準進行判定。結果爆破試驗有 6 件（17%）不合格，外觀檢查均合格，不合格產品已由轄區衛生局依據藥事法對其製造廠或代理商處以罰鍰，並限期回收。相關資料已公布於藥物食品檢驗局網頁中（<http://www.nlfed.gov.tw>），民眾可直接上網查詢，作為選購衛生套之參考。

在性行為過程中正確地使用衛生套，是防止性病傳染及達到避孕目的最有效且最簡單的方法。為確保消費者之健康與安全，本局自 81 年起，逐年對市售衛生套進行針孔試驗調查，並協調經濟部標準檢驗局，自 88 年 10 月開始對進口衛生套逐批進行外觀與針孔試驗，作為源頭管制。90 年之市售衛生套針孔試驗品質調查結果均合格，較 89 年度不合格率 4.9% 已有明顯改善。但是衛生套產品是否勻稱，使用時是否易產生破裂情形，進行爆破試驗以測試其強度，將更能顯示衛生套實際使用之安全性。本年度 6 件不合格產品中，5 件為表面有加工（如有環紋、有顆粒）者，1 件為超薄型，不合格產品詳見所附照片。

爆破試驗不合格的衛生套在使用時可能容易損壞，除無法達到避孕目的外，亦可能增加愛滋病或性病傳染的風險。本署呼籲消費者在選購衛生套時，除審慎選擇合格品牌外，應注意外盒包裝是否有完整標示，如廠商名稱及地址、品名、製造日期或批號、有效期間或保存期限等（含殺精劑衛生套尚需標示許可證字號），同時應注意內外包裝之各項標示是否完整、明確、一致，以保障自身的權益。





批號：WM02124402



批號：2001



批號：2'20851



批號：2'20855



批號：205046



批號：324575