

# 藥物食品檢驗局對照標準品之力價標定

## ——NEOMYCIN SULFATE

許鳳麟 林玉珊 許美智 林嘉伯

第二組

### 摘要

本文為藥物食品檢驗局對照標準品 neomycin sulfate(批號 L-1) 之力價標定報告。其標定方法係將取得之原料藥與 W. H. O. 標準品比對，作微生物力價測定，所得之結果為每 mg 之 neomycin sulfate 含 neomycin 力價  $649.3\mu\text{g}$ 。

### 前言

藥物食品檢驗局對照標準品 neomycin sulfate(批號 L-1) 之力價標定報告。

### 材料與方法

1. 磷酸氫二鉀、磷酸二氫鉀，購自和光純藥工業株式會社為試藥級。
2. 0.1M 磷酸鹽緩衝液(pH8.0)之配製：  
取磷酸氫二鉀( $\text{K}_2\text{HPO}_4$ ) 16.73g 及磷酸二氫鉀( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ) 0.523g 加水至1000ml，如有必要以磷酸調整其 pH 值，使滅菌後為  $8.0 \pm 0.1$ 。
3. 抗生素培養基5號(購自 DIFCO Laboratories)之配製：  

蛋白脛(Peptone)	6.0g
酵母浸膏(Yeast extract)	3.0g
牛肉浸膏(Beef extract)	1.5g
瓊脂(Agar)	15.0g

 取上列成份加水至1000ml，溫熱助溶之，將溶液冷至室溫並調整其 pH 值，使於  $121^\circ\text{C}$  高壓滅菌後為  $8.0 \pm 0.1$ ，作為培養基基層。
4. 抗生素培養基11號(購自 DIFCO Laboratories)之配製：

蛋白脛(Peptone)	6.0g
胰消化乾酪素(Pancreatic digest of casein)	4.0g
酵母浸膏(Yeast extract)	3.0g
牛肉浸膏(Beef extract)	1.5g
葡萄糖(Dextrose)	1.0g
瓊脂(Agar)	15.0g

取上列成份加水至1000ml，溫熱助溶之，將溶液冷至室溫並調整其 pH 值，使於  $121^\circ\text{C}$  高壓滅菌為  $8.0 \pm 0.1$ ，作為培養基種層。

5. 原料藥：由日本武田製藥股份有限公司提供，為洩白色粉末。其水份含量以 Karl Fischer (MKA-3, KYOTO ELECTRONICS, 京都電子株式會社) 測定為 4.2%，試驗時取預經 5mm 水銀壓  $60^\circ\text{C}$  真空乾燥 3 小時之原料藥 50mg，精確稱定，加 0.1M 磷酸鹽緩衝液，配製成 1mg/ml，作為儲備溶液，試驗再以 0.1M 磷酸鹽緩衝液稀釋成  $50.0\mu\text{g/ml}$  ( $U_1$ )， $100.0\mu\text{g/ml}$  ( $U_2$ )， $200\mu\text{g/ml}$  ( $U_3$ )，供作檢液。
6. 標準品：係採用 W. H. O. 之 neomycin sulfate，力價  $775\mu\text{g/mg}$ ，取預經 5mm 水銀壓  $60^\circ\text{C}$  真空乾燥 3 小時之 neomycin sulfate 標準品約 25mg (力價)，精確稱定，加 0.1M

藥物食品檢驗局對照標準品之力價標定

表一 Neomycin sulfate第一次實驗結果

Plate No.	S1	S2	S3	U1	U2	U3	Plate sum(Tr)
1	18.0	19.0	19.7	17.6	18.7	19.1	112.1
2	18.0	18.5	19.2	17.2	18.2	18.7	109.8
3	17.9	18.5	19.4	17.7	18.2	18.9	110.6
4	18.0	18.4	19.8	17.8	18.4	19.0	111.4
5	18.0	19.1	19.7	17.5	18.4	19.1	111.8
6	17.9	18.5	19.3	17.4	18.2	18.8	110.4
7	18.1	18.9	19.5	17.5	18.6	18.9	111.5
8	17.5	18.5	18.9	17.2	17.9	18.6	108.6
9	18.1	18.7	19.2	17.5	18.6	18.9	111.0
Sum (Tt)	161.5	168.1	174.7	157.4	165.2	170.0	996.9
Range	0.6	0.7	0.9	0.6	0.8	0.5	

表二 Neomycin sulfate第二次實驗結果

Plate No.	S1	S2	S3	U1	U2	U3	Plate sum(Tr)
1	16.6	17.0	17.6	16.0	16.8	17.1	101.1
2	15.9	17.1	18.1	15.9	16.3	17.7	101.0
3	16.3	17.2	17.8	15.8	16.7	17.7	101.5
4	16.7	17.4	17.7	15.9	17.0	17.5	102.2
5	16.4	17.0	17.7	15.9	16.9	17.3	101.2
6	16.7	17.1	17.8	16.2	16.7	17.2	101.1
7	16.5	17.3	17.7	16.0	16.7	17.2	101.4
8	16.7	17.1	17.7	16.2	16.8	17.4	101.9
9	16.5	17.0	17.7	16.2	16.7	17.5	101.6
Sum (Tt)	148.3	154.2	159.8	144.1	150.6	156.6	913.6
Range	0.8	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	

表三 Neomycin sulfate第三次實驗結果

Plate No.	S1	S2	S3	U1	U2	U3	Plate sum(Tr)
1	17.9	18.4	19.0	17.3	18.0	18.6	109.2
2	17.6	18.4	19.1	17.2	18.0	18.7	109.0
3	17.3	18.8	19.2	16.9	18.0	19.0	109.2
4	17.6	18.8	19.5	17.3	18.1	19.0	110.3
5	17.6	18.5	19.3	16.8	18.0	18.4	108.6
6	17.7	18.5	19.3	17.0	18.2	18.6	109.3
7	17.5	18.4	19.6	17.1	18.0	19.0	109.6
8	17.6	18.7	19.5	17.1	18.2	18.8	109.9
9	17.8	18.6	19.8	16.9	18.1	18.6	109.8
Sum (Tt)	158.61	167.16	174.3	153.6	162.6	168.7	984.9
Range	0.6	0.4	0.8	0.5	0.2	0.6	

磷酸鹽緩衝液製成1mg/ml，作為儲備溶液，試驗時再以0.1M 磷酸鹽緩衝液稀釋成50.0  $\mu\text{g/ml}$  ( $S_1$ ), 100.0  $\mu\text{g/ml}$  ( $S_2$ ), 200.0  $\mu\text{g/ml}$  ( $S_3$ ), 供作標準品溶液。

7. 操作方法：以 *Staphylococcus aureus* (ATCC 6538P, 購自食品工業研究所) 為試驗菌種，依據日本抗生物質醫藥品基準解說<sup>1</sup>中所載之圓筒平碟法檢驗。每一次實驗取九只平碟為一組，每只平碟中六個圓筒之相間三個圓筒內分別注滿  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ ，其餘三個圓筒內注滿  $U_1$ ,  $U_2$ ,  $U_3$ ，置於  $35 \pm 1^\circ\text{C}$  培養箱內培養16-18小時後取出測量各個抑制圈值，所得之值以 Tarcza 及 Garth 所設計的統計方法<sup>2</sup>計算力價並確認本標定實驗之有效性。

### 結 果

本實驗共標定三次，其檢驗結果如表一，表二及表三，依據 Tarcza 及 Garth<sup>2</sup>之統計分析法，其確認實驗有效性之判定標準有二：(a) Observed R 須小於 Critical R (0.273)，(b) F 值須小於 Critical F (2.84)，而本實驗之三組數據(表四)：第一次標定實驗之 R 值為 0.219, F 值為 2.588；第二次標定實驗之 R 值為 0.235, F 值為 0.297；第三次標定實驗之 R 值為 0.258, F 值為 1.984，均符合以上二項標

表四 Three-dose assay之結果

Observed R	F-test	力 價 ( $\mu\text{g}/\text{mg}$ )	平均值 ( $\mu\text{g}/\text{mg}$ )
0.219	2.588	657.6	
0.235	0.297	654.7	649.3
0.258	1.984	635.6	

準，故本實驗結果應可予以確認。三次標定實驗所得之力價 ( $\mu\text{g}/\text{mg}$ ) 分別為 657.6, 654.7 及 635.6，即 neomycin sulfate 對照標準品標定之平均力價為 649.3  $\mu\text{g}/\text{mg}$  (表四)。

### 誌 謝

本局感謝日本武田製藥股份有限公司慨贈 neomycin sulfates 原料藥。

### 參考文獻

1. Minimum Requirements for Antibiotic Products of Japan. 1986. The Japan Antibiotics Research Association, English Version.
2. Tarcza, E. and M. A. Garth. 1978. Assay and Statistical Analysis for Antibiotic Standards. J. Pharmacol. Sci, 67(8). pp.1050-1053

## REFERENCE STANDARD OF NEOMYCIN SULFATE AT THE NATIONAL LABORATORIES OF FOODS AND DRUGS

FONG-LING HSU, YU-SHAN LIN, MEI-CHICH HSU AND CHIA PO LIN

DIVISION OF PHARMACOBIOLOGY

### ABSTRACT

The "Neomycin Sulfate Reference Standard (Lot No. L-1)" of the National Laboratories of Foods and Drugs was assayed. The potency was determined by the microbiological agar diffusion method. The results against the W. H. O Reference Stan-

dard were established with a potency of 649.3  $\mu\text{g}$  per mg.

It was determined that this will serve as the "Neomycin Sulfate Reference Standard".